
Kontroll av pacemakerpasienter

ARTIKKEL

GREND AHL H

Sammendrag

For å vurdere behovet for pacemaker-kontroller, og spesielt om den hittil brukte oppfølgingsfrekvens kan reduseres, er 230 enkammerpacemakere etter ett års innkjøring fulgt prospektivt i fire år. 110 tokammerpacemakere og 121 aktivitetsstyrte er retrospektivt evaluert. De undersøkte pacemakere har vært teknisk sett meget pålitelige. Behov for reprogrammeringer etter en innkjøringsperiode på ett år var lite for enkammerpacemakere.

Tokammerpacemakere derimot måtte ikke sjelden reprogrammeres for bedre å tilpasses pasientens kardiale status når denne hadde forandret seg.

Publisert: 20. juni 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 12. februar 2026.