
Bedre kvalitet på trombotestanalyser utført i legepraksis

ARTIKKEL

GIDSKE G

CHRISTENSEN NG

JEVNAKER M

SKURTVEIT KJ

THUE G

KLOVNING A

SANDBERG S

Sammendrag

Kvaliteten på analyseringen av trombotest (TT) i legepraksis er bedret de siste årene. Dette viser resultater fra ekstern kvalitetskontroll i regi av Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS). Andelen legepraksiser med dårlig analysekvalitet av TT ble redusert fra 7-8% til 4% i perioden 1993-97. Detsynes som om analysekvaliteten av TT nå er like god i primærhelsetjenesten som på sykehuslaboratorier.

Fra 1993 til 1997 økte antall deltakere som var med på kvalitetskontroll av TT med 32%. Av de totalt 1 800 legepraksisene som er tilknyttet NOKLUS (97% av alle allmennpraktikere og praktiserende spesialister i Norge), deltok 576 ved TT-utsendelsen våren 1997. De analyserte gjennomsnittlig 15,6 TT-prøver ukentlig, mot 11,3 i 1993. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom analysekvalitet og antall TT-analyser utført per uke. Instrumentell analysering og en bioingeniør som hovedansvarlig for analyseringen var imidlertid faktorer som økte sjansen for god analysekvalitet.

Publisert: 20. mars 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2025. Lastet ned fra tidsskriftet.no 20. desember 2025.